

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO
DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato

OM **00308Bet**

del **10.11.1999**

Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**

N° di serie: **ARHK - 0004**

Dichiarazione n°:

Data:



(Firma)

(1)

VERIFICA: **PRIMITIVA / PERIODICA** (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
 Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
 Via di Settebagni n° 333 - Tel. 06 87288-299/298/287/278
 00138 ROMA

LABORATORIO:

DATA: **05 APR. 2016**

1) Proprietario _____

2) Proprietario _____

3) Proprietario _____

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifiche.			
		1,5 l in 5s	3 l in 5s	4,5 l 5s	3 l in 15s
0,000	0,000 0,000		B		
0,200	0,200 0,460		B		
0,350	0,350 0,805	B	B	B	B
0,400	0,400 0,920		B		
0,700	0,700 1,610		B		
0,950					
1,500	1,500 3,450			B	
2,500					
		PRIMITIVA PERSI TELESCA 05.04.2016 B.			

DRAGER ARHK 0004 (901)
 N. 19 Libretto etilo. 5

riempire le caselle interessate } con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: **ACCETTATO/RESPINTO** (*)

Imposta di bollo
 Cancellata in data 05/04/2016
 versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955



(firma del responsabile del laboratorio)

Dot. Ing. Domenico IACOANGELI