

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 186) del C.d.S., Reg del N.C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (art. 379) e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196, che l'etilometro sotto riportato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo di etilometro omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, con certificato:

OM 00533 et del 11/01/2005

Marca **LION LABORATORIES Ltd.**

Tipo: **Lion INTOXILYZER 8000**

N° di Serie: **23-003166**

Dichiarazione n°: **154**

Data: **28-07-2008**

(firma)

 (1)

(1) Depositata presso il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

VERIFICA: PRIMITIVA/PERIODICA (*)

ENTRO PROVE AUTOVEICOLI
Via M. U. Traiano, 40
20149 MILANO

LABORATORIO

20 DIC. 2018

DATA:

Gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica periodica				LION3166 31 in 5s pallier 1,5s
		1,5 l in 5s pallier 3s	31 in 5s pallier 3s	4,5 l in 5s pallier 3s	31 in 5s pallier 1,5s	
0,000	0,000		B			
0,200	0,199		B			
0,350	0,458		B			
0,400	0,350		B			
0,700	0,805					
0,950	0,699		B			
1,500	1,608					
2,500	1,500 3,449		B			
B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max						
CPA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma						
Milano 20/12/2018						
K 1330						

Riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti


con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Imposta di bollo
assolta mediante
veramente in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 10/10/1978
n. 625.

(firma del responsabile del laboratorio)



12

VERIFICA: PRIMITIVA/PERIODICA (*)

LABORATORIO

DATA:

Gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco (mg/l)	1,5 l in 5s	31 in 5s	4,5 l in 5s	31 in 5s	31 in 5s pallier 1,5s
0,000						
0,200						
0,350						
0,400						
0,700						
0,950						
1,500						
2,500						

Riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

(firma del responsabile del laboratorio)

13